113.

R.

Monsieur Maigrot Chirurgien a Ransonnière a déja envoié a L'academie differens instrumens pour l'operation delataille: Je déclare aujourdhui dune maniere trés positive quil en a abbandonné lusage pour y substituer ceux dont nous avons arendre compte a L'academie.

Le premier est composé de deux montans d'acier élevés de vingt deux lignes prés du manche, d'une sonde crenelée quil y a adaptée et fait percer à jour dans sa crénelure, afin, dit il, de faciliter l'entrée au lithotôme; La tige est longue de vingt-un pouces, fendüe et a charniere a l'une de ses Extremités pour recevoir le lithotôme qui ressemble aprés bien a une lancette a abscés sur la lame delaquelle se trouve pratiquée du côté droit une goutiere. ce lithotome peut être élevé et baissé.

Le second instrument est un lithotôme caché composé d'une tige, d'une lame et d'une noix taillée a six faces placée dans l'épaisseur de la tige prés du manche. Elle est retenüe par une vis sans écrou: Les facettes sont taillées

ARC 33 d.5 n° 10

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

demaniere quélles servent dappui et de borne àlalame pour les différentes coupes.

Mr. Maigrot dit avoir essaié ces instrumens sur un cadavre, et quil les regarde comme un moien d'assurer et abreger lincision; Il eût ~~d~~ donc fallû avant deprononcer sur le Succés quil prétend tirer desa nouvelle maniere dopérer être certain dàvoir entré dans lavessie en rendant compte des parties lezées; cest précisement dont-il ne parle pas; Il avoüe lui même navoir pas fait louverture du cadavre. Il sen faut de beaucoup que nous les regardions du même oeil, puisquil nous a paru très difficile, même en suivant leprocedé indiqué par lauteur dintroduire lasonde avecfacilité, et impossible dentrer son lithotome danslavessie. Lasonde une fois dans lavessie le lithotôme se trouve éloigné posterieurement detrois travers de doigts

de lanus et si lon veut le rapprocher de lendroit
quil indique, la sonde sort aisement de la vessie,
nous assurons même quen supposant que lon puit
pratiquer lincision comme il dit la avoir fait
il seroit très difficile de rencontrer louverture
pratiquée dans la crenelure de la sonde et quen
lon perceroit le plus souvent lurethre de part en
part.

Il est facile de sappercevoir que cet instrument
ne peut être daucune utilité et quil est même
dangereux.

Les corrections quil a fait au lithotome caché
déja connu, sont assé peu de consequence ~~ne sont qu[illegible]~~
quelles ne meritent pas quon en parle
~~et le danger quil y auroit den faire usage~~.

à Paris ce 28.e octobre 1761. Bourgard

Sabatier

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE